

# ITAG3 型式表

例 1 : GH05C0/15S18M40M0900

【5 日間測定(インターバル 1 分)、摂氏表示、アラーム温度範囲 0℃~15℃、アラームタイプ単体、アラーム遅延 18 分、スタート遅延 40 分、UTC(+09:00)日本時間】

例 2 : GH30CNN

【30 日間測定(インターバル 6 分)、摂氏表示、アラーム設定無し、スタート遅延 0 分、UTC(00:00)表示なし】

GH [製品タイプ]	05 [測定期間]	C/F [表示温度]	0/15 [アラーム設定 温度範囲 (℃選択時)]	S/C [アラーム タイプ]	18M [アラーム 遅延]	40M [測定 スタート 遅延]	0900 [レポート 表示時間]
GH:ITAG3Pro GT:ITAG3	05:5日(1分)	C : 摂氏(℃)	設定なし : N	S : 単体 (Single)	3分ごと	設定なし : N	UTC(協定世界時)
	10:10日(2分)		15/25			5M : 5分	
	15:15日(3分)	F : 華氏(℉)	0/25	C : 累積 (Cumulative)	3分・・・3M 6分・・・6M 9分・・・9M . . . . . . 177分・・・177M 180分・・・180M	10M : 10分	-12:00 (-1200)
	20:20日(4分)		0/15			-5/20	15M : 15分
	25:25日(5分)		2/8		20M : 20分	UTC 00:00	
	30:30日(6分)		-10/0		30M : 30分	(表示なし)	
	50:50日(10分)		-20/-10		40M : 40分	UTC +09:00	
	60:60日(12分)		Customize		50M : 50分	(日本時間0900)	
	75:75日(15分)				60M : 1時間	UTC +12:00 (+1200)	
	90:90日(18分)				90M : 1時間30分		
					120M : 2時間		
					150M : 2時間30分		
					180M : 3時間		