

ITAG3 型式表

例 1 : GH05C0/15S18M40M0900

【5 日間測定(インターバル 1 分)、摂氏表示、アラーム温度範囲 0°C~15°C、アラームタイプ単体、アラーム遅延 18 分、スタート遅延 40 分、UTC(+09:00)日本時間】

例 2 : GH30CNN

【30 日間測定(インターバル 6 分)、摂氏表示、アラーム設定無し、スタート遅延 0 分、UTC(00:00)表示なし】

※測定開始からのバッテリー寿命が 90 日間のため、インターバル 20 分/24 分/30 分の測定期間は最大 90 日となります。

GH	05	C/F	0/15	S/C	18M	40M	0900
[製品タイプ]	[測定期間：日] (インターバル:分)	[表示温度]	[アラーム設定 温度範囲] (°C選択時)	[アラーム タイプ]	[アラーム 遅延]	[測定 スタート 遅延]	[レポート 表示時間]
GH:ITAG3Pro	05:5日(1分)	C : 摂氏(°C)	設定なし : N	S : 単体 (Single)	3分ごと	設定なし : N	UTC(協定世界時) -12:00 (-1200) . . . UTC 00:00 (表示なし) . +09:00 (日本時間0900) . +12:00 (+1200)
	10:10日(2分)		15/25			5M : 5分	
	15:15日(3分)		0/25			10M : 10分	
	20:20日(4分)		0/15			15M : 15分	
	25:25日(5分)		2/8			20M : 20分	
	30:30日(6分)		-5/20			30M : 30分	
	50:50日(10分)	-10/0	40M : 40分				
	60:60日(12分)	-20/-10	50M : 50分				
	75:75日(15分)	Customize	60M : 1時間				
	90:90日(18分)		90M : 1時間30分				
	100:90日(20分)※		120M : 2時間				
	120:90日(24分)※		150M : 2時間30分				
	150:90日(30分)※		180M : 3時間				